



PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI TPA

TPA DIAMETRO 4,0 ●




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,0 lunghezza 13

TPA DIAMETRO 4,8 ●



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,8 lunghezza 13

TPA DIAMETRO 6,0 ●



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 6,0 lunghezza 13

* In osso tipo **D1 / D2** dopo il passaggio delle frese coniche finali si consiglia l'utilizzo dei relativi maschiatori