


IMPIANTO TIPO T (TPA)

Impianti TPA CONICI Ø 4,0 mm (Spira) con PIATTAFORMA 3,2 mm EX INT. 2,2 mm


TPA Ø 4,0



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA	MASCHIATORI
Ø 4,0 x L. 8,5mm	TX40085	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO	
Ø 4,0 x L. 10,0mm	TX40100	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO	
Ø 4,0 x L. 11,5mm	TX40115	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO	
Ø 4,0 x L. 13,0mm	TX40130	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO	
Ø 4,0 x L. 14,5mm	TX40145	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO	
Ø 4,0 x L. 16,0mm	TX40160	Colore : GIALLO	Lettera : X Colore : GIALLO	

Impianti TPA CONICI Ø 4,8 mm (Spira) con PIATTAFORMA 3,8 mm EX INT. 2,67 mm


TPA Ø 4,8



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA	MASCHIATORI
Ø 4,8 x L. 7,0mm	TR48070	Colore : VERDE	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 4,8 x L. 8,5mm	TR48085	Colore : VERDE	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 4,8 x L. 10,0mm	TR48100	Colore : VERDE	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 4,8 x L. 11,5mm	TR48115	Colore : VERDE	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 4,8 x L. 13,0mm	TR48130	Colore : VERDE	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 4,8 x L. 14,5mm	TR48145	Colore : VERDE	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 4,8 x L. 16,0mm	TR48160	Colore : VERDE	Lettera : R Colore : NERO	MX10 (L. 8,5 - 10) MX13 (L. 11,5 - 13) MX16 (L. 14,5 - 16)

Impianti TPA CONICI Ø 6,0 mm (Spira) con PIATTAFORMA 3,8 mm EX INT. 2,67 mm

TPA Ø 6,0



DESCRIZIONE	CODICE	CHIRURGIA ●	COMPONENTISTICA	MASCHIATORI
Ø 6,0 x L. 7,0mm	TR60070	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 6,0 x L. 8,5mm	TR60085	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 6,0 x L. 10,0mm	TR60100	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 6,0 x L. 11,5mm	TR60115	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 6,0 x L. 13,0mm	TR60130	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 6,0 x L. 14,5mm	TR60145	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO	
Ø 6,0 x L. 16,0mm	TR60160	Colore : ROSSO	Lettera : R Colore : NERO	MZ10 (L. 8,5 - 10) MZ13 (L. 11,5 - 13) MZ16 (L. 14,5 - 16)

VITE TAPPO PER TX40



EX01

MONCONI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI TX40 (PIATTAFORMA 3,2)



GX20



GX02



GX04



GX40



GX06

VITE TAPPO PER TR48 e TR60




ER01


MONCONI DI GUARIGIONE PER IMPIANTI TR48 e TR60 (PIATTAFORMA 3,8)



GR20



GR02



GR04




GR40



GR06


PROCEDURA CHIRURGICA PER IMPIANTI TPA

TPA DIAMETRO 4,0 ●




Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,0 lunghezza 13

TPA DIAMETRO 4,8 ●



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 4,8 lunghezza 13

TPA DIAMETRO 6,0 ●



Preparazione dell'alveolo chirurgico per impianti diametro 6,0 lunghezza 13

* In osso tipo **D1 / D2** dopo il passaggio delle frese coniche finali si consiglia l'utilizzo dei relativi maschiatori